



## Informe dels criteris objectius sobre les millores tècniques de l'expedient SSCCPA 631/16

Revisada la informació de les sol·licituds rebudes, informo:

Respecte de la documentació aportada per l'empresa Nefdial, no consta el tipus de monitor, com tampoc el tipus de dialitzador ni línees.

Les dues especificacions s'havien de fer constar a l'oferta tal com indiquen els punts 2.1.7 i 2.2.1 del PPT, per tant no s'està amb condicions de saber com es produiria la prestació sanitària objecte del contracte. És per això que qui subscriu proposa a la Mesa de contractació a excloure l'empresa Nefdial per no complir els requisits del PPT.

Respecte a l'oferta de l'empresa Fresenius, la seva valoració en quant els criteris objectius es:

CRITERIS OBJECTIUS PCAP	FRESENIUS
<b>10 punts-</b> Pacients Tractament alta permeab. 60% 2,5x10%	<b>10</b>
<b>9 punts-</b> Pac Hemo On-line 40% 1,5x 10%	<b>9</b>
<b>5 punts-</b> Medició automàtica de volumen infusió si/no	<b>5</b>
<b>9 punts-</b> Recursos tècnics pes en sec	<b>9</b>
Monitors Biofeedback +60% = <b>3 punts</b> . + 100%= <b>5 punts</b>	5
Bioimpedancia <b>4 punts</b> si/no	4
<b>11 punts-</b> Vigilància FAV	<b>11</b>
Recirculació accés vascular a cada sessió= <b>4 punts</b> si/no	4
Mesura fluxe FAV amb Eco Dopler= <b>4 punts</b> ,si/no	4
Mesura No invasiu de fluxe de la FAV= <b>3 Punts</b> si/no	3



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I SERVEI SALUT  
B ILLES BALEARS  
/

CRITERIS OBJETIUS PCAP	FRESENIUS
<b>1 punt-</b> Mètode alternatiu de vigilància FAV , si/no	<b>1</b>
<b>2 punts-</b> Pla de formació de pacients si/no	<b>2</b>
<b>3 punts-</b> Professionals , psicòleg, nutricionista T. Social	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

Palma, 10 d'abril de 2017

El Metge Inspector dels Serveis Sanitaris



Onofre Sans Tous