

ANNEX 1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS I CESIÓ D'EQUIPAMENTS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROVES DE COAGULACIÓ.

1. TÍTOL

Proposta de contractació del subministrament de reactius i equipament per a les proves de coagulació d'un màxim de 1200 determinacions per a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears per a l'any 2008, mitjançant procediment de concurs obert i tramitació ordinària.

2. JUSTIFICACIÓ

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears presenta, de conformitat a les lletres r) i h) de l'article 7 dels vigents Estatuts, com a finalitats estatutàries la "Realització de les determinacions analítiques que estiguin dins les competències del centre on s'hagin sol·licitat per part dels hospitals d'àrea d'actuació (proves de compatibilitats pretransfusional, VIH, marcadors d'hepatitis, anèmies hemolítiques...)", així com "Control de qualitat dels reactius utilitzats i de la tecnologia referent a la transfusió".

En conseqüència, la Fundació precisa la contractació d'una empresa que li subministri els reactius i els equipaments necessaris per a les determinacions de coagulació dels donants i components sanguinis.

3. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte de la contractació és:

El subministrament dels reactius necessaris per a la realització de determinacions:

- Temps de protrombina
- Temps de tromboplastina parcial activada
- Dosificació de factors de la coagulació (V, VIII, fibrinògen)
- Controls interns en tots els processaments

en 1500 mostres de donants i components sanguinis, independentment dels reactius utilitzats, incloent en el preu final tots els calibradors, controls i solucions necessàries per a la realització de l'estudi.

El còmput de la determinació es realitzarà per prova efectuada completa.

- L'equipament i la infraestructura necessària per a efectuar les determinacions serà cedit gratuïtament, així com el seu manteniment.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Les prescripcions tècniques sol·licitades són:

De caràcter general.

- Coagulòmetre compacte automàtic
- Carga contínua de cubetes, reactius i mostres sense detenir el procés analític.
- Identificació positiva de les mostres mitjançant lector intern de codi de barres.
- Perforador de taponos.
- Gestió immediata de mostres urgents.
- Valides para qualsevol tipus de tubs.
- Identificació positiva dels reactius.
- Programa de manteniment
- Software completo
- Possibilitat de connexió bidireccional amb el sistema informàtic del banc de sang.
- Estàndards de qualitat ISO 9000 y CE

Tots els aspectes anteriorment citats han de córrer a càrrec i ser mantinguts pel subministrador sense càrrecs addicionals.

Les cases subministradores, sempre i quan el Centre de Transfusió ho requereixi, canviarà, per les proves esmentades, el subministrament d'aquests tests per aquells que la empresa adjudicatària posi en el mercat, sense que això suposi càrrec addicional.

De caràcter específic per a la determinació de:

- 1.200 PT
- 1.200 APTT
- 1.200 Fibrinógeno
- Dosificació de Factors:600 DE V y 600 VIII (com a mínim)

Palma, 3 de octubre de 2008

ENRIC GIRONA

RESPONSABLE FRACCIONAMENT

VIST-I-PLAU

El Gerent

Sgt.: Josep Muncunill